

5	ΦΥΣΙΓΓΕΣ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)		
	ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)		
	1.Οι φύσιγγες θα πρέπει να προσαρμόζονται σε όλα τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο Νοσοκομείο (GAMBRO AK200S και GAMBRO AK200 ULTRA S και DBB07 NIKISSO)		
	2.Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο και κατά προτίμηση διάφανο υλικό, η δε σκόνη του διττανθρακικού να είναι χημικά καθαρή & σταθερή, στοιχεία που θα πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τους κανόνες της φαρμακοποιίας.		
	3.Να έχει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων.		
	4. Η περιεχόμενη ποσότητα να επαρκεί τουλάχιστον για 4ωρη συνεδρία σε συνήθεις συνθήκες αιμοκάθαρσης.		
	5. Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.		
	6. Να υποβληθούν στοιχεία κατανάλωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα στοιχεία αυτά θα συνεκτιμηθούν.		
	7.Να υποβληθούν πρωτότυπα prospectus στα οποία θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να δοθούν δείγματα.		