

Απαιτούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις υλικού: Να είναι από μαλακή θερμοευαίσθητη πολουρεθάνη τύπου Tecoflex με μαλακό ατραυματικό άκρο ,χωρίς πλευρικές οπές ,υψηλής ροής με χαμηλές πιέσεις {εως 250mmHg}.

Να έχει δοκιμαστεί σε σηπτικούς ασθενείς. Κατάλληλοι για θεραπείες αιμοκάθαρσης .

Οι καθετήρες να διαθέτουν : 1/ HIGH FLOW DOUBLE LUMEN 13,5 FR ευθύς ή με κυρτά άκρα: Συρμάτινο οδηγό j-straight απο Nitinol με διάμετρο 0,97 mm και μήκος 700mm, επικαλυμμένος από PTFEE{ΠΟΛΥΤΕΤΡΑΦΘΟΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ}Διαστολέας -Βελόνα παρακέντησης -εισαγωγής-2 ειδικά πώματα ασφαλείας.

Παρακαλούμαι οι προσφορές να συνοδεύονται από δείγματα και Φύλλο οδηγιών απο την Μητριαρχική εταιρεία κατασκευής του.ς