

# ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Να είναι δυνατόν να τοποθετηθεί σε τουλάχιστον δύο εναλλακτικές θέσεις ενδοοστικής πρόσθιασης. (Να αναφερθούν)

Να διαθέτουν μη εκτιθέμενη βελόνη για απάλειψη κινδύνων τραυματισμού.

Να διαθέτουν αυτοκόλλητο επίθεμα σταθεροποίησης της ενδοοστικής βελόνας. Επιπλέον η βρεφική να διαθέτει και ενσωματωμένο κούμπωμα για ασφαλή συγκράτηση της βελόνης σε διάφορα βάθη διείσδυσης.

Να είναι μίας χρήσεως, αποστειρωμένες και να έχουν 5ετή ημερομηνία λήξης αποστείρωσης από την ημερομηνία παραγωγής.

Για την λειτουργία τους να μην απαιτείται καμία εξωτερική πηγή ενέργειας.

Να είναι έτοιμες προς χρήση όποτε δήποτε χρειαστεί, χωρίς την ανάγκη συντήρησης ή /και έλεγχο καλής λειτουργίας μπαταριών.

Οι συσκευές να διαθέτουν πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485 (Πρόσφατη έκδοση).

Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015 ή και ISO 13485:2016, την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. ουκ/1384/04 καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά εικπαίδευσης ως προς την χρήση.