

Μηριαία ανατομική πρόθεση για χρήση με τιμέντο, σχεδιασμένη για απουσία οπίσθιου χιαστού από κράμα Cobalt Chrome, να διατίθεται και στον υποαλλεργικό τύπο **Anallergic**, με ειδικές υποδοχές στο εσωτερικό της για ενσωμάτωση με το τιμέντο, ειδικά σχεδιασμένη για μέγιστη κάμψη, να διατίθεται σε 6 διαφορετικά μεγέθη στον κάθε τύπο(6 Δεξιά-6 Αριστερά)

Κνημιαία πρόθεση μη ανατομική για χρήση με τσιμέντο, από κράμα Cobalt Chrome, να διατίθεται και στον υποαλλεργικό τύπο **Anallergic**, με ειδικό peg τριγωνικής αντιστροφικής σχεδιάσεως, με δυνατότητα προαιρετικής χρήσης στηλεού μήκους από 10mm έως 16mm ανά 1mm και σε διάμετρο 60mm-100mm-140mm, η κνημιαία πρόθεση να διατίθεται σε 6 διαφορετικά μεγέθη.

Πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού
βάρους(Ultra-High Molecular Weight)
σχεδιασμού Ultra-Congruent για μέγιστη
κάμψη και απουσίας του οπίσθιου χιαστού
συνδέσμου, με δυνατότητα ασφάλισης του
πολυαιθυλενίου με την κνημιαία πρόθεση με
χρήση βίδας, να διατίθεται σε 6 διαφορετικά
μεγέθη σε συνδυασμό πάντα με το αντίστοιχο
μέγεθος της μηριαίας πρόθεσης και σε 4
διαφορετικά πάχη (10mm-12mm-14mm-
16mm)

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΟΓΙΣΤΗ

6η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Κ. Γκαγκατάρης Δ. Νικολάου M.D. MSc. Ph.D.
Εκπαιδευτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διευθυντής ΕΠΥ
ΑΜ 00004 Αθήνα 106660797