

ΣΤΥΛΕΟΙ ΚΝΗΜΗΣ

Στειλός κνήμης, για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ο στυλός να είναι ευθύς, κατασκευασμένος από κράμα κοβαλτίου χρωμίου και να φέρει επιμήκεις ραβδώσεις για την καλύτερη καθήλωσή του με τον μανδύα τσιμέντου. Να προσφέρεται σε τρία τουλάχιστον μήκη και διαμέτρους.

ΕΠ.ΥΠΕ - Γ.Ν. ΚΑΡΕΑΣ - Π.Α.Π. ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Δρ. Γεωργίου Δ. Νικολάου, MD MSc, PhD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Συντ. Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής
ΑΜΚΑ: 10066800797 Α.Μ.: 80384

Προσθήκες Μηριαίας και Κνημιαίας Πρόθεσης

Προσθήκη αναπλήρωσης περιφερικών ή/και οπίσθιων οστικών ελλειμμάτων μηριαίας πρόθεσης για χρήση σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με ακρυλικό τσιμέντο. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον τρία μεγέθη 5, 10 και 15 mm για περιφερικά ελλείμματα και τουλάχιστον δύο μεγέθη 5 και 10 mm για οπίσθια ελλείμματα για κάθε μέγεθος μηριαίας πρόθεσης.

Προσθήκη αναπλήρωσης οστικών ελλειμμάτων για το ήμισυ κνημιαίας πρόθεσης για χρήση σε ολική αρθροπλαστική γόνατος με ακρυλικό τσιμέντο. Η προσθήκη να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο μεγέθη 5 και 10 mm για κάθε μέγεθος κνημιαίας πρόθεσης.

69 ΥΠΕ - Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ
Δρ. Γκανταίφης Δ. Νικόλαος, MD MSc, PhD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Συντ. Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής
ΑΜΚΑ: 10066800797 Α.Π.Α.: 80384

ΟΑΓ Με Τσιμέντο για Απουσία ΟΧΣ

Κνημιαία πρόθεση για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, με συμμετρικό σχεδιασμό σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη. Κνημιαίο ένθετο πολυαιθυλενίου με κατάλληλο σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη και έσω έξω στροφή 20°. Το ένθετο να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής διακλάδωσης εξαιρετικά χαμηλής φθοράς και να προσφέρεται σε τουλάχιστον έξι μεγέθη. Μηριαία πρόθεση θυσίας οπίσθιου χιαστού συνδέσμου για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Η πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, με σχεδιασμό μοναδικής ακτίνα οβελιαία και οπίσθιους κονδύλους μειωμένου μήκους που επιτρέπουν κάμψη έως 150°. Η πρόσθια φλάντζα του μηριαίου εμφυτεύματος να έχει σχεδιαστεί με αυξημένη κλίση, επιτρέποντας την επιλογή μικρότερου μεγέθους διεγχειρητικά, αποφεύγοντας το notching του πρόσθιου φλοιού. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη.

6η ΥΠΕ - Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ
Δρ. Γκανταΐφης Δ. Νικόλαος, MD MSc, PhD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Συντ. Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής
ΑΜΚΑ: 10066800797 Α.Μ.: 80384

Αναθεώρηση ΟΑΓ Με Τσιμέντο

Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τσιμέντο, μη συνδεδεμένου τύπου, που να προσφέρει περιορισμό σε ραιβότητα – βλαισότητα $\pm 2^\circ$ και να επιτρέπει έσω – έξω στροφή 7° . Κνημιαία πρόθεση για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, με συμμετρικό σχεδιασμό σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη. Κνημιαίο ένθετο πολυαιθυλενίου με κατάλληλο σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη και έσω έξω στροφή 7° . Το ένθετο να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής διακλάδωσης εξαιρετικά χαμηλής φθοράς και να προσφέρεται σε τουλάχιστον εννέα μεγέθη. Μηριαία πρόθεση ημιπεριοριστικού τύπου για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Η πρόθεση να είναι κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου, με σχεδιασμό μοναδικής ακτίνα οβελιαία και οπίσθιους κονδύλους μειωμένου μήκους που επιτρέπουν κάμψη έως 135° . Η πρόσθια φλάντζα του μηριαίου εμφυτεύματος να έχει σχεδιαστεί με αυξημένη κλίση, επιτρέποντας την επιλογή μικρότερου μεγέθους διεγχειρητικά, αποφεύγοντας το notching του πρόσθιου φλοιού. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον οκτώ μεγέθη. Οι προθέσεις να είναι κατάλληλες για χρήση με στειλεούς με ή χωρίς τσιμέντο, να έχουν τη δυνατότητα υποδοχής offset, που να καθιστά τους στειλεούς έκκεντρους, σε τουλάχιστον τέσσερα μεγέθη και τη δυνατότητα υποδοχής μεταλλικών προσθηκών αναπλήρωσης οστικών ελλειμμάτων, διαφόρων γεωμετριών και μεγεθών.

ΕΠ.ΥΠΕ - Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ - Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ
Δρ. Γκανταΐφης Δ. Νικόλαος, MD MSc, PhD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Συντ. Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής
ΑΜΚΑ: 10066800797 Α.Μ.: 80384