

1

- Συσκευή παροχетеύεις τραύματος Redon μεγέθη: No 16

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 600CC ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 700mmHg, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ ΥΛΙΚΟ. ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ COLLAPSUS. ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ, Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ PVC ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ, ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ LATEX ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER LOCK. Η ΣΥΝΔΕΣΗ LUER LOCK ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. ΕΠΙ ΤΟΥ LATEX ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΤΗΣ.