

## ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Χρήση αρθροπλαστικής με ή χωρίς διατήρηση ΟΧΣ με τσιμέντο ή χωρίς

Οι οστεοτομίες να γίνονται με ενδομυελικό οδηγό μηριαίου και ενδο ή εξωμυελικό σύστημα στην κνήμη.

Μηριαία πρόθεση που να διαθέτει μεγέθη 2/2,5/3/4/5/6/7 με χρήση τσιμέντου ή και χωρίς με μικροπορώδη επιφάνεια

Κνημιαία πρόθεση ανατομική για ΔΕ και ΑΡ γόνατο με μεγέθη 2/3/3,5/4/5/6 με δυνατότητα τοποθέτησης στειλεού για μεγαλύτερη σταθεροτητα.

Πολυαιθυλένιο σταθερό ή κινητό κ με πάχος 10-17,5 mm

Επιγονατίδα από πολυαιθυλένιο σε 3 μεγέθη