

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Με Τσιμέντο Με Κίνηση Του Πολυαιθυλενίου Και Διατήρηση Του Οπισθίου Χιαστού.

Αριθμός Παρατηρητηρίου: 33.4.123 (1.650,00€)

Μηριαία πρόθεση κράματος Co28-Cr6-Mo - ISO 5832-4, ανατομική με ασύμμετρους κονδύλους, τροχήλια ολίσθησης επιγονατίδας με γωνία απόκλισης 6° από τον ανατομικό άξονα και επί τα εκτός παρεκτόπιση 2mm, σε 13 διαφορετικά μεγέθη και κνημιαία πρόθεση κράματος Co28-Cr6-Mo - ISO 5832-4 ανατομική, σε 15 διαφορετικά μεγέθη συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, με δυνατότητα προσθήκης επεκτατικών σπειρών 11 X 30 & 11 X 65mm, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου ασύμμετρου σχεδιασμού, με εσωτερικού διαμερίσματος "ball in socket" και εξωτερικού μη περιορισμένης κίνησης διαμόρφωση, διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά ύψη. Τα εμφυτεύματα θα πρέπει να είναι συμβατά: Α. με δυνατότητα χρήσης συστήματος Πλοήγησης τελευταίας γενιάς το οποίο θα πρέπει περιλαμβάνει κατάλληλο λογισμικό για την Ψηφιακή Χαρτογράφηση της Άρθρωσης του Γόνατος με οδηγίες ακριβούς οστεοτομίας Μηρού και κνήμης, εξορρόπηση μαλακών μορίων και κνημητικά test πριν και με την τελική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, και Β. με σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας συνοδευόμενο με εγκατάσταση αξονικής τομογραφίας και διεγχειρητικής χαρτογράφησης οστικών στοιχείων και χρήση ειδικών οπτικών απεικόνισης ψηφιακών δεδομένων κατά την διάρκεια του χειρουργείου.

Επεκτατικοίστηλεοί Κνήμης ή Μηρού.

Αριθμός Παρατηρητηρίου: 33.5.65 (250,00€)

Να διατίθενται σε μεγέθη 11x30mm και 11x65mm για χρήση με τσιμέντο και συμβατοί με τις Ολικές Αρθροπλαστικές Γόνατος πρωτοπαθούς επεμβάσεων.

Αναλώσιμες Καρφίδες Σταθεροποίησης Οδηγών Κοπής Αρθροπλαστικής Γόνατος.

Αριθμός Παρατηρητηρίου: 35.2.5 (100,00€)

Λάμα Πριονιού για Οστεοτομίες Αρθροπλαστικών.

Αριθμός Παρατηρητηρίου: 17.1.10(70,00€)